OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	20-06-24	Remisión #		Nombre Mantenimiento	Junier Agudelo	No. Orden

Codigo Equipo	NN-4594 B	Fecha Inicio		Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
		F	Acople Rosca A Tubo Humificador 1	Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No
					No
				Si	No
				Si	No

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo a 0 (SI-No)				CODIGO DE BARRAS	REPUEDAS	OBSERVACIONES
	13652	6.5	94.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO OK Tiempo de la prueba 2:00 X

2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS X 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS Ajuste Regulador de Precion

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK OK OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexion electrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	DESCRIPCION	CANT
	Kit Tanque oxigeno 1		

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	SI
2	Flujo Maximo	SI
3	Desconexion electrica	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	SI
5	Activacion de valvula de flujo	SI
6	Otros:	
7	Otros:	
8	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo a 0 (SI-No)				CODIGO DE BARRAS	REPUEDAS	OBSERVACIONES
	13654	6.4	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI