OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-M-N-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-0624 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

Codigo Equipo: NN- 4893 B | Fecha inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DE POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo a 0 (LD-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MAXIM. (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	30955	6.5	93.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 1:00 — X
2. RUIDO EXTRAÑO: X — No
3. ESTADO DE MANGUERAS: X — Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK — Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Ruido en compresor AJUSTES
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	SI
2	Flujo Maximo	SI
3	Desconexión eléctrica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	SI
5	Activación de válvula de alivio	SI
6	Otros:	
7	Otros:	
8	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LD-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MAXIM. (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	30956	6.5	93.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	