



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO CAD-M-N-FR-009 Fecha Actualización: 17/10/2019 Pagina 1 de 2

Fecha Remisión 20-06-20 Remisión # Jonier Arocas No. Orden

Codigo Equipo NN-2598B Fecha Inicio Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRICION, CANTIDAD, SI REPORTA, SI PUEDE CAMBIAR. Multiple rows for reporting faults.

LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 2330366946, OK, FALLA ES CAMBIO de TARJETA FLUJO, CAMBIO de MANGERA BUTANQUE oxigeno, OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 3.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexion electrica', 'Conexion electrolitica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: KIT TANQUE oxigeno, TARJETA FLUJO, 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujometro)', 'Flujo Maximo', 'Desconexion electrica', 'Desconexion térmica de flujo', 'Activación de válvulas de cierre' with results 'SI'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 2330366959, OK, ES SI SI SI SI SI SI SI.