OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 26-06-24 JONIER ADUDCIO

Código Equipo: NN- 1243B

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO

FECHA FIN AISLAMIENTO

LIMPIEZA GENERAL

3343965	95	8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI
OK			4:00					X			

2. RUIDO EXTRAÑO: SI / NO X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: X — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: AJUSTE REGULADOR de PRECION

SUWCH de esendido MALO

OK OK OK

		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SUWCH de ensendido 7	

		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

33443 6695 9 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI