

Fecha Emisión: **29-02-24** | Revisión #: **1** | Área Mantenimiento: **JANIRA OSORCIO** | No. Orden:

Código Equipo: **NW-876B** | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

**EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA** | SI: | NO: | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO / CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPLAZO CARGADO
		ACOPLE DE ROSCA ATADO HUMIFICADOR 7		SI	NO
		FILTRO CENTRAL FAL 1		SI	NO
		FILTRO LPTICAL DESASTC 2		SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

DETECCION CLASIFICADA PARA EL PACIENTE:  
**LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Caja a 5"				BASE (20-40)	MANGA (10-40)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
2656866	89	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Si	No	3. ESTADO DE MANUEBRAS	Bueno	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	<b>PUREZA 89</b>							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES								
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y se apaga a tiempo	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGA COMPRESOR ZFS 11	1		TAMIZES	2
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		KIT TANGUE OXIGENO	1
				KIT M TAMIZE	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Purga + 0 (Cierre hidrometro)	Se verifica activación de alarma (LL-10-03)	SI
2	Purga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (SE) Regla (RD) 44/16 y (LL-10-03)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión técnica de flujo	Desconexión línea electrónica	SI
5	Activación de salida de agua	Obtención manguera de salida de agua del compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Caja a 5"				BASE (20-40)	MANGA (10-40)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
2656965953	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO	