

Fecha Demanda: **02-03-24** Remisión # _____ Asista Mantenimiento: **Jovier Agudelo** No. Orden _____

Identificación del Equipo: Código Equipo: **7FSE2018110000035** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

PALETA	TIPO	CONSERVADO	DESCRIPCION	CONTAMINADO	NO. PLAGAS	DETONES CAMBIADO

DETALLE ADICIONAL DE DAÑOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	PLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		Pila (SI/NO)		"Fijo a 0" (SI/NO)					BASE (SI/NO)	MANGA (SI/NO)			RUEDAS (SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)								
	14365	65	910	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No		Si		Cual?							
3. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANDUCRAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES						7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila E.S. V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica cuando si es agudo o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cierre Fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L3-E3)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión lejana de fuga	Desconexión línea vibrante	
5	Activación de verificación de nivel	Clasificación manguera de alerta de nivel de combustible	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	PLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)		Pila (SI/NO)		"Fijo a 0" (SI/NO)					BASE (SI/NO)	MANGA (SI/NO)			RUEDAS (SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)								
	14766	63	984	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	FORMA MANTENIMIENTO		