ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2016
Página 1 de 3	

Fecha Remisión	02-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONICA AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3346 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMACIÓN REQUERIDA (OBTENIDA POR SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR RACIMERO

Limpieza General

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 80%)	FLUJOMETRO (0 - 6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	BRUJULAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
1294	66	94	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

3. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.8. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit mTAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de anom	Obstruir manguera (o válvula de aire de compresor)	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 80%)	FLUJOMETRO (0 - 6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	BRUJULAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
1295	65	930	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO