OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	06-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDCHO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-7474B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REPUESTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO

FALLA	ISMO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO LACTERAL FALTANTE	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE ADICIONALES DADOS POR FACENTE

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	28872	6.6	952	5l	S1	S1	FS	S1	S1	S1	S1	S1	1	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S1
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1			
	KIT MANIZES	1			
	KIT TANQUE OXIGENO				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	S1
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión (salida de flujo	Desconecta linea nasal	S1
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida en aire de compresor	S1
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	28874	6.3	946	SI	S1	S1	FS	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

FIRMA MANTENIMIENTO