ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 29-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDO | No. Orden:

Codigo Equipo: 20180400000 49 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CANTIDAD					
FILTRO LATERAL DESBASTE	2		SI		No
FILTRO CENTRAL DESBASTE	1		SI		No
ACOPLE ROSCA @ TUBO HUMIFICADOR	1		SI		No
			SI		No
			SI		No
			SI		No
			SI		No

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (litros)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (CERO)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	47421	65	88	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA 7.88

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO de AIRE INTERNO	1		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmatic)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión terceia de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de rejilla de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (litros)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (CERO)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	47726	65	952	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: