ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	QAD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 11-03-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Javier Oquendo | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: VW-4506 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALTA	SOBRA	DAÑADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REMPLAZ	REQUIERE CAMBIARSE	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 l/m)	Pila (50 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 l/m)	FILTROS (50 l/m)	BASE (50 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 l/m)	RUEDAS (50 l/m)	OBSERVACIONES
	11266	6-6	95-3	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 l/m)	Pila (50 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 l/m)	FILTROS (50 l/m)	BASE (50 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 l/m)	RUEDAS (50 l/m)	OBSERVACIONES
Al Mantenimiento	11269	6-4	95-1	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO: