ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	14-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER ASUAGO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2999 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ORDEN DE TRABAJO (REPUESTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO)

PARTE	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. EQUIPO	REQUIERE CAMBIO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (3-4Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	18330	6.6	93.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LB-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activacion alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (3-4Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	18332	6.5	93.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO