

Fecha Remisión: **13-0024** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **Jovier Agudelo** No. Orden:

Código Equipo: **WN-2527B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: NO: FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	10. REPARADO	11. COLECTO CAMBIADO
			ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7		SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARCA	OTRO		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16119	66	85	S	S	S	ES	S	S	S	S	S	S		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba:			Generó Alarma:		No	Si	Cuel?						
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
8. CONTROL DE VIBRACIONES															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica actuación de alarmas (LL - LD - ER)	S
2	Fujo Máximo	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SCLD-ER)	S
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	S
4	Desconexión control de flujo	Desconecta línea electrónica	S
5	ACONEXIÓN DE MANGUERA DE SERVICIO	Obturar manguera de servicio de aire no comprimido	S
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARCA	OTRO		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16120	69	95	S	S	S	ES	S	S	S	S	S	S		FIN DE MANTENIMIENTO