ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	LS-0324	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONICA NOVCIC	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3858 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA TERCERIZADO | PERIODO DE SERVICIO

FECHA	TURNO	CLASE EQUIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. ETIQUETA	RETIRO CASCADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR INGENIERO

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Psi)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (90 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (80 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	360185	80	51	5	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN VALVULAS de SICLOS PUREZA 80												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION	1		TAMIZE	2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activacion alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión mesa eléctrica	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Observar manguera se observa no sea de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 Psi)	OXIGENO (93% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (90 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (80 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	370196	5	93	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO