



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 18-03-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER AVALDELO No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO Codigo Equipo NN-3848 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, IO, REPORTE, REPARO, CAMBIADO. Row: REJILLA CENTRAL DEBASTO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento HOROMETRO PRESION OXIGENO FLUJOMETRO PRUEBAS DE ALARMA REJILLAS FILTROS BASE CODIGO DE BARRAS RUEDAS OBSERVACIONES

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: Kit MANTENIMIENTOS, Kit TANQUE OXIGENO

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire

En Mantenimiento HOROMETRO PRESION OXIGENO FLUJOMETRO PRUEBAS DE ALARMA REJILLAS FILTROS BASE CODIGO DE BARRAS RUEDAS OBSERVACIONES