

Fecha Remisión: 15-03-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONATAN AYOJELO No. Orden:

Código Equipo: 2020080000309A Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DIAGN	CLAVE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
 LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (S-No)		Pila (S-No)		"Flujo a 0" (L-ES)		REJILLAS (S-No)		FILTROS (S-No)					BASE (S-No)	
					(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)					
1502965	983	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	SI	Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PURREA 7.88																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: 1"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	JUNTA HERMETICAS ANILLOS	2		TORNILLOS BIELAS	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LL - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (S-No)		Pila (S-No)		"Flujo a 0" (L-ES)		REJILLAS (S-No)		FILTROS (S-No)					BASE (S-No)	
					(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)	(S-No)					
					SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			