



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-05-24
Remisión #:
Auxiliar Mantenimiento: JONIER AROJO
No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: NN-715 B
Fecha Inicio:
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible plaga
SI:
NO:
Fecha Inicio Aislamiento:
Fecha Fin Aislamiento:

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, REPORTE, REPARACION DANIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO OK
Tiempo de la prueba: 2:00
Generó Alarma: No
Cual? X

2. RUIDO EXTRAÑO Si
3. ESTADO DE MANGUERAS Buenos X
4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS
AJUSTE DE REGULADOR de PRECISION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK
7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK
Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cierra flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

2110 6495.11 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI