



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 1  
Codigo: 1000-00000000  
Version: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2014  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 14-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: TOJIER ADJXK

Código Equipo: NN-512B Fecha Inicio: Hora inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Contains handwritten entries: F- ACOPIE ROSCA DTUBO HUMIFICADOR 7, D- REJILLA CENTRAL 7.

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE FALLAS, PRUEBAS. Includes handwritten data: 24578, 6.4, 95.3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for: 1. Estado Pila 5.5 V (SI), 2. Prueba de Fugas (SI), 3. Conexión eléctrica (SI), 4. Conexión electrónica (SI), 5. Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO. Contains handwritten entries: Kit TANQUE OXIGENO (1), SWCH de empujado (7).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation test results: 1. Flujo = 0 (SI), 2. Flujo Maximo (SI), 3. Desconexión eléctrica (SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (SI), 5. Activación de válvula de alivio (SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA. Includes handwritten data: 24578, 6.3, 95.3, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.