



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Jonier Ayudelo No. Orden:

Codigo Equipo: NN-4474 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, HERBICIDA, FUMIGACION. Row 1: D-N BASE XUYBE, 7, SI, NO.

DETALLE ADICIONAL DEL DAÑO POR PAGINTE: LIMPIEZA GENERAL

Maintenance checklist with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de Alarma (Desconexión, Pila, Flujo a 0), Rejillas, Filtros, Base, Código de Barras, Ruedas. Includes checkboxes for 'Ciclado OK', 'Ruido Extraño', 'Estado de Mangueras', 'Control de Temperatura', 'Sistema de Refrigeración'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Estado Pila 5.5 V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: Kit VALVULAS de SICLOS 7, Kit TANQUE OXIGENO 7, Filtro de Aire Interno 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (SI), Flujo Maximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI).

Maintenance checklist (repeated) with columns: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de Alarma, Rejillas, Filtros, Base, Código de Barras, Ruedas. Includes handwritten values: 15799, 6.11, 9.2, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.