



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-05-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: Jonier Asu delo No. Orden [ ]

Codigo Equipo: MV-402B Fecha Inicio [ ] Hora Inicio Labor [ ] Fecha Fin [ ]

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FALTA, DANO, CLASE DANO, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entry: F- ACOPIE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 7 ya esta curado.

DETALLES ADICIONALES PARA EL TÉCNICO: LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (X), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Malas), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (FUERA EN VALVULAS DE CICLOS), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entry: Kit TANQUE OXIGENO 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Bottom maintenance form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten entry: 1735963 92.6 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI.