



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 1000-1  
GAD-AN-PR-009  
Versión Actualizada: 11/05/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-05-20 Remisión #: JUNIER AGUIRRE

Codigo Equipo: NN-858 B Fecha Inicio Labor: Hora Inicio Labor: Fecha Fin Labor:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AJUSTAMIENTO: FECHA FIN AJUSTAMIENTO:

Table with columns: FAMILIA, DANO, CLASE DANO. Multiple empty rows.

LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: Mantenimiento en (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS. Includes handwritten values: 8757, 6.4, 95.1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba 2:00

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANIPERAS: 4. SISTEMA DE REINTEGRACION: 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador de Presion estallado

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: 7. TEMPERATURA: 8. SOBRECARGA:

Table with columns: No., Prueba, Descripción, SI/NO. Rows include: Estado Pila 5.5. V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, UNIDAD, OBSERVACIONES. Row: Regulador de Presion 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, SI/NO. Rows include: Flujo = 0 (SI), Flujo Máximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI).

Table with columns: Mantenimiento en (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS. Includes handwritten values: 8759, 96.3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.