



**Bogotá D.C., Mayo 21 del 2024**

**INVERSIONES GRUPO SHALOM  
S.A.S.**

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO  
TECNICO**

Concentrador de oxígeno portátil KINGON NUEVO de serie 23017833 ingresa al laboratorio por baja concentración, se identifica en el área técnica que el equipo presentaba una manguera de conexión del tamiz con el sensor a punto de soltarse, no contaba con el amarre de sujeción desde fábrica, y posiblemente sucedió en el movimiento del equipo en el alistamiento y transporte.

Equipo se entrega totalmente nuevo funcional, y cuenta todas las condiciones óptimas de funcionamiento y garantías otorgadas por la empresa.

Cordialmente,

**DANIEL SUAREZ**  
Jefe de Procesos

