| OXUPro GASES MEDICINALES | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO | |
|---|---|---|---|
| | | Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| | | Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | | Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Javier Rodelo | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | NN- 564B | Fecha Inicio | 2-11-24 | Hora Inicio Labor | 10:30 | Fecha Fin | 2-11-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

INFORME REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | GRADE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DN | FILTRO LACTERAL | 7 | | Si | | No | |
| | | DN | PROTECTOR DESPIAY | 7 | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

LIMPIEZA GENERAL

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | | |
| | (Hrs) | (6- 7 PSI) | (90% - 99%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LO-E5) | (SI- No) | (SI- No) | (SI- No) | BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | (SI-No) | |
| | 12046 | 65 | 93.6 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| 1. CICLADO | OK | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno OK Malo |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | AJUSTE REGULADOR DE PRECION |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | OK |

| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | OK | Con Sobrecalentamiento | OK |
|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 5 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | FILTRO DE AIRE INTERNO | 7 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | SI |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESION | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | | |
| | (Hrs) | (6- 7 PSI) | (90% - 99%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LO-E5) | (SI- No) | (SI- No) | (SI- No) | BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | (SI-No) | |
| | 12046 | 6.3 | 93.6 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | FIRMA MANTENIMIENTO |