OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Agudelo

Codigo Equipo	NN-922B	Fecha Inicio	2-10-24	2:00	Fecha Fin	2-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALL	DAÑO	CLASE	DESCRIPCION		
		F	Acople Rosca A Tubo Humificador	1	
		DT	Filtro Lacterales	2	

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0"				CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS
	33456	6.4	88.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 2:00 — Generó Alarma: No X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X — 3. ESTADO DE MANTENIMIENTO: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pureza X 88.3 — Ajuste Regulador de precion

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	SI
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas [illegible]	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible]	SI
5	Prueba de alarma	[illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Tanque Oxigeno	1		Filtro de Aire Interno	1
	Tamizes	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión [illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LOS-ES)	RUEDAS						
	33458	6.6	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO