OXUPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar	

Codigo Equipo	NN 4340B	Fecha Inicio	2-10-24		1:30		2-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)						
34485	6.4	93.3	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

1. CICLADO OK — Tiempo de la prueba 2:00

2. RUIDO EXTRAÑO

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador de precion MALO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V		S1
2	Prueba de Fugas		S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas	S1
5	Prueba de alarma		S1
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico Identificado

CODIGO	DESCRIPCION		
	JUNTA HERMETICA ANILLOS 2	ALETAS COMPRESOR de yuyube 7	
	REGULADOR de PRECION 1		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de	S1
3	Desconexión eléctrica		S1
4	Desconexión tarjeta de flujo		S1
5	Activación de valvula de alivio		S1
6	Otros		
7			
8	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)						
34487	63	94.6	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	