OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDELO	No. Orden

Codigo Equipo	NN 2077 B	Fecha inicio	3-10-24	Hora Inicio Labor	10:00	Fecha Fin	3-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO												

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REGULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
11	115	6.5	88.1	S	S	S	E5	S	S	S	S	S	S	

1. CICLADO OK — Tiempo de la prueba — Generó Alarma No X

2. RUIDO EXTRAÑO Si No X — 3. ESTADO DE [illegible] OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador de Precion MALO
PUREZA Y 88.1

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	[illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	[illegible]	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	SI
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador de precion	7		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación [illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruc[illegible]	SI
6	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REGULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
11	120	6.5	95.6	S	S	S	E5	S	S	S	S	S	S	FIRMA MANTENIMIENTO