OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Javier Agudelo |
|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | NN 512B | Fecha Inicio | 3-10-24 | | 8:30 | | 3-10-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO |
|---|---|---|
| | | |

LIMPIEZA GENERAL

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-E) | PIEZAS | FLUJOS | PASE | CODIGO DE ALARMAS | RUEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25354 | 6.4 | 78.4 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 5:00 |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | | |
| 3. ESTADO DE MANTENIMIENTO | | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | PUREZA | 88% |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | |

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión de [illegible] | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas [illegible] | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas [illegible] | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica [illegible] | SI |
| 6 | Otros: | | SI |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAMIZES | 2 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica [illegible] | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de [illegible] | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación [illegible] | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión [illegible] | SI |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstrucción [illegible] | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-E) | PIEZAS | FLUJOS | PASE | CODIGO DE ALARMAS | RUEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25360 | 6.5 | 95.3 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |