OXIPro OXIGENOS MEDICINALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/07/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER ADUDIO	No. Orden	

Codigo Equipo	NN 1479B	Fecha Inicio	3-10-24	Hora Inicio Labor	10:30	Fecha Fin	3-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO						
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO
						SI		NO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RESET (SI-No)	FILTROS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	
	18163	6.4	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4:00	Genera Alarma	NO	SI	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANG. [illegible]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	AJUSTE REDUZADOR DE PRECION
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible]	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y encendido [illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	PARTE	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación de alarma [illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión [illegible]	SI
5	Activación de velvula de alivio	Obstruir [illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RESET (SI-No)	FILTROS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	
	18167	6.4	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

FIRMA MANTENIMIENTO