OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Versión 7 — Fecha Actualización: 7/10/2019 — Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Ayudelo

Codigo Equipo	NN 231 B	Fecha Inicio	3-10-24	Hora Inicio Labor	9:30	Fecha Fin	3-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS
22474	6.5	65.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: — Cerrado Alarma: — Y — E2
2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X — 3. ESTADO DE MANTENIMIENTO: X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Regulador de precion malo; pureza 65.1
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — Desconexión Temperatura: OK — OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión [illegible]	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica tanto si el equipo [illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DESCRIPCION	
	Regulador de precion	7		Tamizes	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruc[illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO
22478	6.5	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	