



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-FR-009
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: JONIER ASUDELO, No. Orden

Codigo Equipo: NN-2804B, Fecha Inicio: 10-7-24, Hora Inicio Labor: 8:00, Fecha Fin: 10-7-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, D. REPORTE, REPUESTO, Q. CAMBIADO. Row 1: DT FILTRO CENTRAL, 1, SI, No.

LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results are all 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row 1: FILTRO INTERNO JEAIRE 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio. Results are all 'SI'.

Main maintenance table (repeated) with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.