ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código: FAD-MAN-FR-09
Versión: 2
Fecha Publicación: 7/10/2019

Remisión #:
Auxiliar Mantenimiento: Jonicen AGUDELO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serial Equipo: 7FS5E2019070068
Fecha Inicio:
Hora Inicio Labor: 11:30
Fecha Fin: 10-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X]
FECHA INICIO AISLAMIENTO:
FECHA FIN AISLAMIENTO:

ALTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO	AD
						SI / NO	
						SI / NO	
						SI / NO	
						SI / NO	
						SI / NO	
						SI / NO	

OBSERVACIONES DADAS POR PACIENTE

Limpieza General

Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	8550	6-7	95-1	SI	S1	SI	ES	SI	SI	SI	SI	S1	S

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 2:00 — Genero Alarma: No. 7 — Si [ ] — Cual [ ]
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] — Malas [ ] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK — Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR de PRESION MALO
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: [ ] — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] — Cual debe ajustarse [ ]

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Instalación E.E. V	Verifica voltaje de la red	SI
	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	SI
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	REGULADOR de PRESION	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica actuación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
	Desconexión rejilla de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
	Otros:		
	Otros:		

OBSERVACIONES

Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90 % - 95%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	8552	6-7	95-5	SI	S1	SI	ES	SI	SI	SI	S1	S	SI

FIRMA MANTENIMIENTO: