



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: Jonier Aduvicio, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO: Código Equipo: 2021010000195, Fecha Inicio: 10-25-24, Hora Inicio Labor: 8:00, Fecha Fin: 10-25-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PARTA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'REGULADOR de PRECION MALO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: REGULADOR de PRECION 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Clare flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

OBSERVACIONES: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.