



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: JOMIER AJOVELLO, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN 3942B, Fecha Inicio: 10-28-24, Hora Inicio Labor: 10:30, Fecha Fin: 10-28-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPARATO CAMBIADO. Row: F FILTRO LACTEAL, 2, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'PUERZA 7: 85-6' and 'F2'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma. Results: SI.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: Kit Tanque Oxígeno, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

Main maintenance form (bottom) with sections: PRUEBAS DE ALARMA, Ruedas, Observaciones. Includes handwritten notes: 'SAL - 10-28-24', '3# F1157839-95.3', '5# F1166962-95.3'.