



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NU-39770
Fecha Inicio: 04/09/24
Hora Inicio Labor: 11:30
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPRERES, CATEGORADO. Row 1: dg, Acople tubo humidificador, 1, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
Limpieza general

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results are handwritten as 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row 1: Regulador de presion, 1. Row 2: Pila, 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de valvula de airmo. Results are handwritten as 'SI'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data for various tests and results.