



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10-09-24
Remisión #:
Auxiliar Mantenimiento: JAVIER AGUDELO
No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-564.B
Fecha Inicio: 10-09-24
Hora Inicio Labor: 10:00
Fecha Fin: 10-09-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI:
NO: X
FECHA INICIO AISLAMIENTO:
FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESPUESTA GANADO. Contains multiple rows for reporting issues.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE
Limpieza General

Main maintenance checklist with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de Alarma (Desconexión, Pila, Flujo a 0), Ruedas, Ciclado, Ruido Extraño, Estado de Mangueras, Sistema de Refrigeración, Estado de Conexiones, Control de Temperatura.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests performed, all with 'SI' results.

Descripcion del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Entry: KIT VALVULAS de siclos 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests, all with 'SI' results.

Final maintenance checklist with columns: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de Alarma, Ruedas, and FIRMA MANTENIMIENTO.