



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **Janier Aguado** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **MN594B** Fecha Inicio: **19-09-24** Hora Inicio Labor: **2:00** Fecha Fin: **19-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PALCA, DANO, CLASE, BANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, NO. Includes a vertical label 'SINTOMAS REPORTADOS OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE: **LIAPICZA GONZALEZ**

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 12840 and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes entry for 'FILTRO DE AIRE INTERNO'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de aire'.

Summary maintenance table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 12842.