



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JANICA A. SUAREZ** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NN 196913** Fecha Inicio: **23-09-24** Hora Inicio Labor: **11:30** Fecha Fin: **23-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL RESPUESTA, REPARADO O CAMBIADO. Multiple rows for recording faults.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 3744, 606, 956, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Estado Pila 5.5. V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma, 6. Otros.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 3747, 65, 95, 95, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.