



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONIRA ABUDICHO** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MY-2748B** Fecha Inicio: **23-09-24** Hora Inicio Labor: **2:40** Fecha Fin: **23-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASIFICADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CANCELADO. Rows for various equipment checks.

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.
Handwritten data: 244216590.0 S, S, S, ES, S, S, S, S, S, S, S, S.
1. CICLADO: OK, Tiempo de la prueba: 1:00, Generó Alarma: No.
2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No: X, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas, Malas: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, Malo: OK.
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS DE CICLOS, PRESION 90.0.
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, Con Sobrecalentamiento.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for equipment tests like battery voltage, air connection, electrical connection, etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows for parts: KIT TANQUE OXIGENO (7), TAMIZES (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for simulation tests like flow zero, maximum flow, electrical disconnection, etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.
Handwritten data: 24421649588, S, S, ES, S, S, S, S, S, S, S, S.