# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Javier AGUDELO | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | NN-3074B | Fecha Inicio | 25-09-24 | Hora Inicio Labor | 7:30 | Fecha Fin | 25-09-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

INFORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| PARTE DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | REPUESTO | | ELEMENTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | Acople ROSCA A Tubo Hunificador | 1 | Si | | No | |
| | | | | Si | | No | |
| | | | | Si | | No | |
| | | | | Si | | No | |
| | | | | Si | | No | |
| | | | | Si | | No | |
| | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

LIMPIEZA GENERAL

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22612 | 65 | 95.6 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 5:00 | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | ok | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | FUGAS EN VALVULAS DESICIOS AJUSTE | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | OK | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | OK | Con Sobrecalentamiento | OK | | | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | SI |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22618 | 65 | 95.4 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| FIRMA MANTENIMIENTO | |
|---|---|