



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento (Janica D. Sudejo), No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo (NN-4299B), Fecha Inicio (27-09-24), Hora Inicio Labor (70:30), Fecha Fin (27-09-24)

Equipo contaminado por posible plaga: SI, NO, X. Fecha inicio aislamiento, Fecha fin aislamiento

Table with columns: FALTA, TIPO DE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESULTADO CAMBIADO. Rows include: D. PROTECTOR DISPLAY (7), F. ACOPIE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR (7), DT. FILTRO CENTRAL (7)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for various tests and observations like 'AJUSTE REGULADOR DE PRESION'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: KIT TANQUE OXIGENO 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data and FIRMA MANTENIMIENTO.